

# 仕様書

地方独立行政法人秋田県立療育機構

1	品名	被ばく線量管理システム	
2	規格品質	FINO.Xmanage model SS（別紙詳細仕様のとおり）	
3	メーカー名	コニカミノルタジャパン(株)	
4	数量・単位	一式	
5	構成・数量	構 成	数量
		線量管理システム FINO.Xmanage model SS（WS型）	一式
		①FINO.Xmanageソフトウェア for SS	1
		②Integra/Xma共通 model SS+モニタ+UPS	1
		③USB-HDD 2TB×2	1
		④# SSDEライセンス	1
		⑤PADInsightライセンス	1
		⑥CS-7 エッジサーバ出力ライセンス	3
		⑦SC-7 RDSR拡張ライセンス	3
		⑧SC-7 ポジショニング判定支援ライセンス	3
		⑨設置部材	一式
		⑩各種作業	
		・ PACS関係SE作業	5
		・ 現地設定作業	1
		・ モダリティ接続作業	1
		・ キヤノンRDSR接続作業	1
6	納期	令和3年9月30日	
7	納入場所	秋田県立医療療育センター 放射線部門	
8	備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 搬入、設置、調整に関わる費用は全て本体に含むようにすること。</li> <li>・ 搬入、設置、調整等に係る手順、スケジュール等については事前にセンター職員と協議すること。</li> <li>・ 検収は双方立ち会いのもと性能等確認したうえで完了する。</li> <li>・ 取り扱い説明に関する教育訓練はセンター職員と協議の上、指定する日時、場所で行うこと。</li> <li>・ 検収後1年間は、通常の使用状態での故障に対して無償修理ができること。</li> <li>・ 検収を終えた時点で装置の納入が完了するものとする。</li> </ul>	