

# 仕様書

地方独立行政法人秋田県立療育機構

1	品名	画像処理用ワークステーション	
2	規格品質	CS-7 Portable	
3	メーカー名	コニカミノルタジャパン(株)	
4	数量・単位	一式	
5	構成・数量	構 成	数 量
		(1) 画像診断ワークステーション CS-7 Portable	1
		(2) AeroDR マルチサイズクレードル	2
		(3) AeroDR アクセスポイント	1
		(4) CS-7 Portable ライセンス	1
		(5) CS-7 AeroSync ライセンス	1
		(6) CS-7 カテ先・ガーゼ強調処理 ライセンス	1
		(7) CS-7 インテリジェントグリッド ライセンス	1
		(8) PLANEX 無線LAN子機 GW-900D-BK (院内無線接続用)	2
		(9) コアウェーブ 両面式 USB方向変換L型コネクタ BL0101	1
		(10) パナソニック タフブック用バッテリーパック CF-VZSU0QJS	1
		(11) パナソニック タフブック用4連式バッテリーチャージャ CF-VCB201JS	1
		(12) MS切欠付CAPグリッドAero用 17×17 40本 8:1 KAITEKI	1
		(13) MS間接バラマーク (W20×H40×2.3) L	5
		(14) MS間接バラマーク (W20×H40×2.3) R	5
		(15) 特注移動架台	1
		(16) RIS接続作業	1
		(17) PACS接続作業	1
		(18) 設置調整・取扱説明書・稼働立会い等	1
6	納期	令和元年7月31日	
7	納入場所	秋田県立医療療育センター 放射線部門	
8	備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入、設置、調整に関わる費用は全て本体に含むようにすること。</li> <li>・搬入、設置、調整等に係る手順、スケジュール等については事前にセンター職員と協議すること。</li> <li>・検収は双方立ち会いのもと性能等確認したうえで完了する。</li> <li>・取り扱い説明に関する教育訓練はセンター職員と協議の上、指定する日時、場所で行うこと。</li> <li>・納入検査確認後1年間は、通常の使用状態での故障に対して無償修理ができること。</li> <li>・検収を終えた時点で装置の納入が完了するものとする。</li> </ul>	